

Скарификаторы



Скарификатор ампульный дисковый керамический СДАК-19-01 "Кулон"

ТУ 9398-001-07610517-2004 (взамен ТУ 9432-001-07610517-97)

Регистрационное удостоверение N 98/219-324

Лицензия на право производства, рег.N 15/2002-0319-0284

Сертификат соответствия N РОСС RU.МЕОЗ.В06137

Назначение: надрезание стеклянных ампул с лекарственными или диагностическими препаратами.
Область применения: предназначены для больниц, медицинских лабораторий, клиник, медицинских научно-исследовательских институтов.

Изготавливаются в двух климатических исполнениях: УХЛ 4.2 и О4.1 в соответствии с ГОСТ 15150-69.
Обеспечивают надрез не менее 45 стеклянных ампул.

Сохраняют функциональные свойства после дезинфекции.

В процессе эксплуатации материал скарификатора не выделяет токсичных веществ.

Технические параметры и характеристики

Тип	Вид климатического исполнения	Размеры, мм				Масса, г, не более
		Диаметр		Толщина		
		Номинальный	Предельное отклонение	Номинальный	Предельное отклонение	
Скарификатор ампульный	УХЛ 4.2	19	±1,0	0,5	±0,1	0,6
	О4.1					

Примеры обозначения при **заказе**:

Скарификатор ампульный дисковый керамический СДАК-19-01 "Кулон" ТУ 9398-001-07610517-2004

Скарификатор ампульный дисковый керамический СДАК-19-01 "Кулон" ТУ 9398-001-07610517-2004 (исполнение 04.2)

